



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 39/ZP/2019
DZP/494/2019

Zgorzelec, dnia 27.09.2019r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, różnych materiałów szewnych.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 j.t. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie 1. (Pakiet nr 6)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki polipropylenowej:

Poz. 1 – o wielkości porów 1 x 1,25 mm

Poz. 2 – o wadze 50 g, grubości 0,4l, wielkości porów 1 x 1,25 mm w rozm. 4,5 x 10cm

Poz. 3 – o wadze 50 g, grubości 0,4l, wielkości porów 1 x 1,25 mm.

Odp. Poz. 1 – Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Poz. 2 – Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3 – Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. (Pakiet nr 8 poz. 1 i 2)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki polipropylenowej o wielkości porów 1 x 1,25 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 3. (Pakiet nr 10)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki polipropylenowej:

Poz. 1 – rozmiar 7,5 x 10 cm

Poz. 2 – rozmiar 5,1 x 35,6 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej z utlenionej resorbowalnej celulozy, która jest wyrobem medycznym klasy III.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 10 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej w rozmiarze 7,5 x 10cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 11, 12

Czy Zamawiający dopuści gąbki hemostatyczne z żelatyny wieprzowej, która osiąga hemostazę w ciągu 3-6 minut, upływnia się w ciągu 3-5 dni i ulega całkowitemu wchłonięciu w 3-4 tygodnie oraz posiada w instrukcji użytkowania potwierdzenie do stosowania w neurochirurgii?

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że może być stosowana łącznie z antybiotykami i trombiną.

(ZAPYTANIE NR 3)

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne siatki polipropylenowe o wadze 80g/m², grubości 0,47mm, wielkości porów 0,92 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne siatki polipropylenowe o wadze 35g/m², grubości 0,32mm, wielkości porów 1,3 mm w rozmiarze 5x 12?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne siatki polipropylenowe o wadze 35g/m², grubości 0,32mm, wielkości porów 1,3 mm w rozmiarze 6x 11, pakowane po 3 sztuki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne siatki polipropylenowe o wadze 35g/m², grubości 0,32mm, wielkości porów 1,3 mm, pakowane po 3 sztuki?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 5. dot. Pakiet nr 8, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne siatki polipropylenowe o wadze 80g/m², grubości 0,47mm, wielkości porów 0,92 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6. dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 2?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7. dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 7?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 pkt. 3 wzoru umowy, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

(ZAPYTANIE NR 4)

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 7, poz. 1

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 10/0 z dwoma igłami o krzywiznie: 3/8 koła, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 7, poz. 3

Czy w Pakiecie nr 7 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 8/0 z dwoma igłami o długości 7.0mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

(ZAPYTANIE NR 5)

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 1, poz. 1-36

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nici, które zachowują ok.80% podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 1, poz. 37-45

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nici, które zachowują ok.50% podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 1. poz. 46-48

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nici, które zachowują ok. 25% podtrzymywania tkankowego po 4 tygodniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 1. poz. 31, 46

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę okrągłą przyostrzoną?

Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 5. dot. Pakiet nr 1. poz. 45

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę o długości 37mm?

Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 6. dot. Pakiet nr 3. poz. 17-19, 28-31, 49, 50-51, 54-57

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu, przychylenie się do naszej prośby pozwoli złożyć naszej firmie konkurencyjną ofertę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Pytanie 7. dot. Pakiet nr 3. poz. 52-53

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici syntetyczne z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11 dniach, wchłanianie zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8. dot. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75cm?

Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 9. dot. Pakiet nr 4. poz. 5-9

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici plecione, niewchłaniające, nici z politrefalatanu polietylenu powlekane silikonem?

Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 10. dot. Pakiet nr 4. poz. 10, 12, 13, 22, 23

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) lub igły odwrotnie tnącej kosmetycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?

Odp. Zamawiający dopuszcza igły odwrotnie tnące kosmetyczne, podwójne.

Pytanie 11. dot. Pakiet nr 4. poz. 16-29

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici monofilamentowe, syntetyczne, polipropylenowe, niewchłaniające?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 12. dot. Pakiet nr 4. poz. 30

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji materiału hemostatycznego o okresie wchłaniania do 1 miesiąca lub wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu, przychylenie się do naszej prośby pozwoli złożyć naszej firmie konkurencyjną ofertę.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego Pakietu.

Pytanie 13. dot. Pakiet nr 5. poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji materiał szewny sterylizowany tlenkiem etylenu?

Uzasadnienie: obie metody gwarantują uzyskanie sterylnego produktu.

W przypadku odmownej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań

Pytanie 14. dot. Pakiet nr 5. poz. 9

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji materiał szewny z igłą o długości 6 lub 6,5 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań

Pytanie 15. dot. Pakiet nr 6

Czy w w/w Pakiecie Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na poszczególne pozycje? W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na poszczególne pozycje i nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 1 do osobnego pakietu.

Pytanie 16. dot. Pakiet nr 6. poz. 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji siatek polipropylenowych z porami wielkości 1-5 – 2,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17. dot. Pakiet nr 6. Poz. 2,3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach siatek polipropylenowych o wadze 40 g/m² i grubości 0,39mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 18. dot. Pakiet nr 8

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie siatek polipropylenowych z porami wielkości 1-5 – 2,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19. dot. Pakiet nr 10

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiału hemostatycznego klasy III.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 6)

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 8. poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści siatki z wielkością porów 1.1,25mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

(ZAPYTANIE NR 7)

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 6. poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 6, pozycji 1,2,3 uzna za równoważne i dopuści niewchłaniałne, makroporowate, polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Gramatura implantu 39 g/m² (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm = 0,12mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 8)

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 6. poz. 2, 3

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 2, 3 dopuści sterylne siatki polipropylenowe do zaopatrywania przepuklin, o wadze 30g/m², grubości 0,32mm, wielkości porów 1,5 x 1,5mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 6. poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 2 dopuści siatkę w rozmiarze 6,1 x 11,1 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 9)

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 1. poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 30mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 1. poz. 31

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 1. poz. 42

Co Zamawiający ma na myśli szwy z igłą o krzywiznie 1/2 koła?

Odp. Zamawiający ma na myśli szwy z igłą o krzywiznie 1/2 koła lub 3/8 koła.

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 2. poz. 22

Czy Zamawiający ma na myśli szwy o grubości „1”?

Odp. Zamawiający ma na myśli szwy o grubości „1”

Pytanie 5. dot. Pakiet nr 7. poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o dł. 6,2mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 6. dot. Pakiet nr 7. poz. 1, 3

Czy Zamawiający ma na myśli szwy z igła o krzywiznie 3/8 koła?

Odp. Zamawiający dopuszcza szwy z igłą o krzywiznie 3/8 koła, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

(ZAPYTANIE NR 10)

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 4. poz. 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 11 dopuści nitkę o długości 30cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 4. poz. 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 13 dopuści igłę odwrótnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą pojedynczą, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań, jednocześnie Zamawiający informuje, że igła podwójna jest w pozycji 14.

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 4. poz. 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 17 dopuści igłę o długości 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 4. poz. 18 i 20

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 18 i 20 dopuści igłę czarną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie określa koloru igieł.

Pytanie 5. dot. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 pod pojęciem „Rozpuszczalna, sterylna gaza hemostatyczna z oxydowanej regenerowanej częściowo gazy celulozowej” rozumie i będzie wymagał rozpuszczalną, sterylną gazę hemostatyczną z oksydowanej regenerowanej celulozy, zawartość grupy karboksylowej 18–21%, pH 2,5–3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza i nie wymaga.

Pytanie 6. dot. Pakiet nr 10. poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 pozycja 1 dopuści materiał hemostatyczny w rozmiarze 5x7,5cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

(ZAPYTANIE NR 11)

Pytanie 1. dot. projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz 3 dniowego terminu na ewentualną wymianę towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 6 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić bezzwłocznie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni, jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i wymienić reklamowany towar na wolny od wad w terminie 3 dni, od daty rozpatrzenia reklamacji”.

Pytanie 2. dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 3:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej lub wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej lub wadliwej partii towaru.

Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 7 ust. 3 niniejszej umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;

- b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 50 zł za każdy przypadek, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy.

3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5%, niezrealizowanej części niniejszej umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

**Radosław Jabłoński
Zastępca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

1) Strona internetowa zamawiającego: www.spzoz.zgorzelec.pl

3) A/a

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl