



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 38/ZP/2019
DZP/503/2019

Zgorzelec, dnia 07.10.2019r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: zakup fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego WS-SPZOZ w Zgorzelcu

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 j.t. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 2)

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści na zasadach równoważności Krzeselko płozowe Stryker 6252 o następujących parametrach:

Wykonane z materiału zabezpieczonego przed korozją.

System płozowy do transportu pacjenta po schodach.

Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia.

Obrotowe kółka tylne większe i przednie mniejsze

Możliwość złożenia do transportu w ambulansie.

Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach.

4 koła w tym 2 obrotowe w zakresie 360°.

Uchylne rączki tylne.

Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach.

Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzeselka 30°.

Rozstaw zewnętrzny płóz 37 cm.

Stabilizator głowy pacjenta.

Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiająca ześlizgnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach 240x85 mm.

Min. 3 pasy poprzeczne w odróżnieniu kolorystycznym.

Waga krzeselka z systemem płozowym max 14 kg.

Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm.

Możliwość mycia ciśnieniowego

Udźwig 227 kg.

Deklaracja zgodności, folder– załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy dostawie.

Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

**Agnieszka Horodecka
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa zamawiającego: www.spzoz.zgorzelec.pl
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl