



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 46/ZP/2019  
DZP/529/2019

Zgorzelec, dnia 29.10.2019r.

## **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

### **Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, różnych materiałów szewnych – II postępowanie.**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) odpowiada na następujące pytania:

#### **(ZAPYTANIE NR 1)**

##### **Pytanie 1. (Pakiet nr 3)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki polipropylenowej o wadze 50g/m<sup>2</sup>, grubości 0,41 mm, wielkości porów: 1 x 1,25 mm w rozmiarze 4,5 x 10 cm i 15 x 15 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **(ZAPYTANIE NR 2)**

##### **Pytanie 1. dot. Pakiet nr 1 poz. 19-21, 28-31, 47, 48, 54, 55**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu, przychylenie się do naszej prośby pozwoli złożyć naszej firmie konkurencyjną ofertę.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.**

##### **Pytanie 2. dot. Pakiet nr 1 poz. 32-46**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

##### **Pytanie 3. dot. Pakiet nr 1 poz. 49-53**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici syntetyczne z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11 dniach, wchłanianie zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie 4. dot. Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

##### **Pytanie 5. dot. Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści siatki polipropylenowe o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> +/-10%, których wielkość porów wynosi 1,5mm-1,7mm, grubość nici 0,10mm -0,15mm, grubość całkowita siatki 0,40mm +/-10%?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

##### **Pytanie 6. dot. Pakiet nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści siatkę w rozmiarze 6x11?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**(ZAPYTANIE NR 3)**

**Pytanie 1. dot. Pakiet nr 3, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści siatki o wadze 35g/m<sup>2</sup>, grubości 0,35 mm, wielkość porów 1,3mm<sup>2</sup>

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2. dot. Pakiet nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 5 x 12 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 3. dot. Pakiet nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści siatki pakowane po 3 sztuki, z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem zamawianych ilości.**

**Pytanie 4. dot. Projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 2

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5. dot. Projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 7?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6. dot. Projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 pkt. 3 wzoru umowy, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**(ZAPYTANIE NR 4)**

**Pytanie 1. dot. Pakiet nr 1 poz. 1-11,**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycjach 1-11 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłaniający wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powłoczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornej na odkształcenie?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 2. dot. Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1 dopuści igłę podwójną o długości 13mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3. dot. Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1 dopuści nić o grubości 5/0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4. dot. Pakiet nr 1 poz. 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 5 poprzez opis „okrągła o zakończeniu trokarowym” rozumie i będzie wymagał igłę okrągło-tnącą?

**Odp. Zamawiający rozumie igłę posiadającą zakończenie tnące z 4 krawędziami, które przechodzą w zaokrąglony, stopniowo zwężający się trzon, dopuszcza również końcówkę z 3 krawędziami tnącymi.**

**Pytanie 5. dot. Pakiet nr 1 poz. 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 6 dopuści igłę 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 6. dot. Pakiet nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 9 dopuści nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 7. dot. Pakiet nr 1 poz. 11**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 11 dopuści nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 8. dot. Pakiet nr 1 poz. 12-18**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycjach 12-18 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 9. dot. Pakiet nr 1 poz. 13**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 13 dopuści nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 10. dot. Pakiet nr 1 poz. 16**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 16 dopuści igłę 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 11. dot. Pakiet nr 1 poz. 17**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 17 dopuści igłę 27mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 12. dot. Pakiet nr 1 poz. 18**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 18 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 13. dot. Pakiet nr 1 poz. 27**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 27 dopuści nić o długości 100cm i rozmiarze 1, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 14. dot. Pakiet nr 1 poz. 29-31**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycjach 29-31 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny monofilamentowa z poli-4-hydroksybutyratowego o okresie wchłaniania 13 - 36 miesięcy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 15. dot. Pakiet nr 1 poz. 32-46**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycjach 32-46 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 16. dot. Pakiet nr 1 poz. 32**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 32 dopuści igłę czarną, nić 60cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 17. dot. Pakiet nr 1 poz. 33**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 33 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą rozmiar 6/0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 18. dot. Pakiet nr 1 poz. 35**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 35 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą o długości 13mm, długość nici 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 19. dot. Pakiet nr 1 poz. 36**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 36 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczną dwuwkłęsłą rozmiar 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 20. dot. Pakiet nr 1 poz. 37**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 37 dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 21. dot. Pakiet nr 1 poz. 40**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 40 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą, długość nici 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 22. dot. Pakiet nr 1 poz. 42**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 42 dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą, długość nici 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 23. dot. Pakiet nr 1 poz. 43**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 43 dopuści igłę 36mm, nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza igłę 36mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. Zamawiający nie dopuszcza nici o długości 90 cm.**

**Pytanie 24. dot. Pakiet nr 1 poz. 44**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 44 dopuści igłę 36mm, rozmiar 0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 25. dot. Pakiet nr 1 poz. 45**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 45 dopuści igłę 36mm, nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza igłę 36mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań. Zamawiający nie dopuszcza nici o długości 90 cm.**

**Pytanie 26. dot. Pakiet nr 1 poz. 46**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 46 dopuści igłę 36mm, rozmiar 0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 27. dot. Pakiet nr 1 poz. 48-53**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pozycjach 48-53 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni. Wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Okres podtrzymywania tkankowego 10-14 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 5 dniach - minimum 50%, po 14 dniach 0%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornej na odkształcenie?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 28. dot. Pakiet nr 1 poz. 48**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 48 dopuści igłę 60mm, rozmiar 2/0, długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 29. dot. Pakiet nr 1 poz. 53**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 53 dopuści igłę 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca wzmocniona, 48mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 30. dot. Pakiet nr 1 poz. 54**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 54 dopuści sterylną gąbkę żelatynową wykonaną z żelatyny wieprzowej, tworząca matrycę do adhezji i agregacji płytek krwi, czas wchłaniania 4-6 tygodni. Hemostaza osiągnana w czasie 2-8 minut.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 31. dot. Pakiet nr 1 poz. 54**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 54 dopuści opakowanie a/24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.**

**Pytanie 32. dot. Pakiet nr 1 poz. 55**

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 55 dopuści воск kostny składający się z mieszaniny białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu., połączonych w proporcjach 72,45%-15,05%-12,50%?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**(ZAPYTANIE NR 5)**

**Pytanie 1. dot Projektu umowy.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1,3.

1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 lub § 6 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości **brutto niedostarczonej w terminie/ wadliwej** partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczej w terminie/ wadliwej partii towaru;**

b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 100 zł za każdy przypadek, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% **wartości brutto niezrealizowanej części** umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru treści umowy.**

**(ZAPYTANIE NR 6)**

**Pytanie 1. dot. Pakiet nr 1. Poz. 11**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 1 w pozycji 11 nić syntetyczną z polimeru poli-p dioksanonu o krzywiźnie koła 1/2, igle wzmocnionej 40 mm o grubości 2 oraz długości nitki 90cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 2. dot. Pakiet nr 1. Poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 1 w pozycji 1 nić syntetyczną z polimeru poli-p dioksanonu o krzywiźnie koła 1/2, igle 17 mm o grubości 6/0 oraz długości nitki 70cm?

**Odp. Zamawiający wymaga igły 2 x 17 mm (igły podwójnej).**

**Pytanie 3. dot. Pakiet nr 1. Poz. 21**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość wydzielenia pozycji 21 z pakietu 1, ze względu na to, iż producent przestał produkować w/w produkt.

**Odp. Zamawiający wykreśla pozycję 21 z pakietu nr 1, jednocześnie dokonuje aktualizacji załącznika nr 2 do SIWZ Formularza cenowego w zakresie Pakietu nr 1.**

**Pytanie 4. dot. Pakiet nr 1. Poz. 35**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 1 w pozycji 35 nić syntetyczną polipropylenowa z dodatkiem polietylenu o krzywiźnie koła 3/4, igle 12 mm o grubości 4/0 oraz długości nitki 45cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 5. dot. Pakiet nr 1. Poz. 36**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania, w pakiecie 1 w pozycji 36 nić syntetyczną polipropylenową z dodatkiem polietylenu o krzywiznie koła  $\frac{3}{4}$ , igle 24 mm o grubości 4/0 oraz długości nitki 75cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.**

**Pytanie 6. dot. Pakiet nr 1. Poz. 47**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość wydzielenia pozycji 47 z pakietu 1, ze względu na to, iż producent przestał produkować w/w produkt.

**Odp. Zamawiający wykreśla pozycję 47 z pakietu nr 1, jednocześnie dokonuje aktualizacji załącznika nr 2 do SIWZ Formularza cenowego w zakresie Pakietu nr 1.**

Z poważaniem

**Z upoważnienia Dyrektora**

**Radosław Jabłoński  
Zastępca Kierownika Działu  
Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa zamawiającego: [www.spzoz.zgorzelec.pl](http://www.spzoz.zgorzelec.pl)
- 3) A/a

---

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński  
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl